

2021年8月吉日

お客様各位

メンリッケヘルスケア株式会社
ウインドケア事業部

「メピレックス® ボーダー Post-0p」製品一部変更のご案内

謹啓 処暑の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。

さてこの度、メピレックス® ボーダー Post-0p の製品の一部を変更させていただくことになりましたのでご案内を申し上げます。

なお、本変更では剥離フィルム(製品裏側の取り外す部分)の色変更と、一部サイズで滅菌パックのサイズ変更が行われます。製品自体の変更はございません。これまでと同様に安心してご使用いただく事が出来ます。

引き続き倍旧のご厚情を賜りたく、お願い申し上げます。

謹白

記

販売名：メピレックス® ボーダー Post-0p

医療機器届出番号：13B1X10015WC0009

変更内容	型番/サイズ
剥離フィルム（透明⇒白色） 	・全サイズ
滅菌パックのサイズ 個箱のサイズは変わりません。個包装（滅菌パック）のみのサイズ変更です	・496650/10x35 ・496100/6x8

現行仕様の在庫がなくなり次第、新仕様に変更してまいります。型番により、切り替え時期が前後いたします。これにより、新旧が混在してお届けされる場合がございますので、ご了承を頂きますようお願い致します。

以上

- 製品に関するお問い合わせ
ウインドケア事業部 TEL:03-6279-0991
- ご注文・出荷に関するお問い合わせ
サプライチェーン部 TEL:03-6914-5008 / FAX:03-5909-1143